

ПРИЛОЖЕНИЕ К ИЗВЕЩЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Требования к предмету муниципального контракта

№ п/п	Наименование показателя	Требуемое значение
1.	Наименование товара, код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКДП)	944490- Приборы и аппараты для лечения другие. Инкубатор интенсивной терапии новорожденных с сервоконтролем температуры и влажности модель AMELIE
2.	Количество товара (шт., кг., литры и т.д.)	1 (одна) шт.
3.	Требования к качеству товара	В соответствии с документами подтверждающими качество товара, в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.	Требования к техническим характеристикам товара(технические характеристики товара или его комплектующие)	См.ниже
5.	Требования к безопасности товара(указывается состояние товара в обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации, при котором риск вреда жизни, здоровью и имуществу потребителя ограничен допустимым уровнем – со ссылкой на регламентирующий документ)	Хранение и транспортировка в соответствии с ГОСТ. Инструктаж персонала о работе на поставляемом оборудовании за счет средств поставщика
6.	Требования к функциональным характеристикам (потребительские свойства) товара	Выпуск не ранее 2010г. Потребительские свойства см. ниже
7.	Требования к размерам и упаковке товара	Товар поставляется в ненарушенной упаковке
8.	Требования к отгрузке товара(доставка до склада получателя, транспортом поставщика, разгрузка и погрузка силами и средствами поставщика, самовывоз и др.)	Доставка товара, разгрузка, установка и наладка силами поставщика.
9.	Иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара требованиям главного распорядителя средств (Заказчика). (Указываются иные показатели в соответствии с действующим законодательством)	Наличие регистрационного удостоверения (Приказ МЗ и СР №735 от 30.10.2006), наличие сертификата соответствия (Постановление Правительства РФ №1013 от 13.08.1997г.)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на Инкубатор интенсивной терапии новорожденных с сервоконтролем температуры и влажности модель AMELIE

Общие сведения:

Наименование: **Инкубатор интенсивной терапии новорожденных с сервоконтролем температуры и влажности модель AMELIE**. Производитель: **AMEDA/ARDO(Швейцария)**

№	Параметры	Требования ТЗ
1.	Общая характеристика	
	Комплект оборудования предназначен для интенсивной терапии новорожденных в условиях палат интенсивной терапии родильных домов и детских больниц, отделений реанимации, интенсивной терапии и выхаживания новорожденных.	Соответствие
1.1	Регистрационное удостоверение МЗ РФ	Наличие
1.2	Сертификат ГОСТ –РФ	Наличие
1.3	Санитарно-эпидемиологическое заключение	Наличие
Характеристика основных компонентов оборудования:		
2.	Общая характеристика инкубатора	
2.1	Интегрированный сервоконтроль температуры кожи и влажности	Наличие
2.2	Система циркуляции воздуха «ЭАРстрим» с воздушной завесой	Наличие
2.3	Встроенная система безопасности мониторинга и регуляции «СЕНСО контроль»	Наличие
2.4	Сенсорный блок, включающий два датчика температуры воздуха, два датчика температуры кожи, датчик влажности , датчик кислорода	Наличие
2.5	Жидкокристаллический дисплей с подсветкой и навигацией « ИЗИтаск»	Наличие
2.6	Два независимых микроконтроллера в контрольном блоке, проверяющие и дублирующие работу друг друга	Наличие
2.7	Тренд по всем измеряемым параметрам: 2/4/8/12/24 часа с разрешением 1 мин	Наличие
2.8	Порт RS232	Наличие
2.9	Мобильное основание на 4-х колесах с антистатическим покрытием (2 с блокировкой)	Наличие
2.10	Встроенная полка для рентгеновских кассет с метками для позиционирования кассет	Наличие
2.11	Встроенные в корпус 2 рельса для перевозки или крепления оборудования	Наличие
2.12	Рентгенопрозрачный матрас из гигиенического «дышащего Дартекса», позволяющего не применять пеленки и другие материалы	Наличие
3.	Основные технические характеристики:	
3.1	Уровень шума: максимальный – менее 45 дБа, при работе – менее 40 дБа	Наличие
3.2	Скорость воздушного потока над матрасиком: не более 0,12 м/сек	Наличие
3.3	Максимальная концентрация СО ₂ под колпаком инкубатора: не более 0,15 %	Наличие
3.4	Время непрерывной работы – без ограничений	Наличие
4.	Контроль температуры:	
4.1	Наличие двух датчиков температуры кожи пациента с возможностью проведения термо- мониторинга или выхаживания двойни с отображением на дисплее двух значений температуры пациента	Наличие
4.2	Наличие двух датчиков температуры воздуха в сенсорном блоке	Наличие
4.3	Диапазон установок температуры воздуха: 25,0 – 37,0 °С	Наличие
4.4	Специальный подтверждаемый диапазон установок температуры воздуха: 37,0 – 39,0 °С	Наличие
4.5	Диапазон установок температуры кожи пациента: 34,0 – 37,0 °С	Наличие
4.6	Специальный подтверждаемый диапазон установок температуры кожи: 37,0 – 38,0 °С	Наличие
4.7	Время предварительного прогрева инкубатора: менее 40 мин	Наличие
4.8	Вариабельность температуры (по времени): не более 0,5 °С	Наличие
4.9	Отклонения температуры на поверхности матраца: не более 0,8 °С	Наличие
4.10	Точность датчика температуры: не хуже 0,3 °С	Наличие
4.11	Разрешение дисплея: 0,1 °С	Наличие
4.12	Тренд: 2 / 4 / 8 / 12 / 24 часа с интервалом измерения 1 мин	Наличие
5.	Контроль влажности:	
5.1	Полная разборка увлажнителя с отсоединением резервуара и шланга резервуар-стример, с возможностью их автоклавирования	Наличие
5.2	Вместимость водного резервуара: 1000 мл	Наличие
5.3	Время работы при полностью заполненном резервуаре: не менее 12 часов при относительной влажности не более 60%	Наличие
5.4	Сигнал тревоги при отсутствии воды в резервуаре: наличие	Наличие
5.5	Диапазон установок относительной влажности: 00 – 90% с шагом 1%	Наличие
5.6	Точность дисплея: не хуже 6%	Наличие
5.7	Разрешение дисплея: 1%	Наличие
5.8	Тренд: 2 / 4 / 8 / 12 / 24 часа с интервалом измерения 1 мин	Наличие

6.	Контроль кислорода:	
6.1	Подача под колпак инкубатора согретого, увлажненного кислорода с отображаемой на дисплее концентрацией: наличие	Наличие
6.2	Наличие одного кислородного датчика в сенсорном блоке	Наличие
6.3	Время работы кислородного датчика: более 10.000,00 часов	Наличие
6.4	Точность измерения: не хуже 3%	Наличие
6.5	Диапазон отображения на дисплее: 0 – 99%	Наличие
6.6	Разрешение дисплея: 1%	Наличие
7.	Тревоги (отклонение параметров):	
7.1	Контроль температуры кожи: не хуже $\pm 1^{\circ}\text{C}$	Наличие
7.2	Контроль температуры воздуха: не хуже $\pm 3^{\circ}\text{C}$	Наличие
7.3	Температура кожи ребенка более 40°C	Наличие
7.4	Температура воздуха более 38°C	Наличие
7.5	Влажность: не хуже $\pm 15\%$	Наличие
8.	Колпак инкубатора:	
8.1	Колпак инкубатора с технологией «ТРИПЛВолл» с тройными передней и задней стенками (двойные «сэндвич» стенки и съемная, без специального инструментария, третья стенка)	Наличие
8.2	Расстояние между матрасом и колпаком инкубатора: 42 см	Наличие
8.3	Количество дверей для полного доступа к ребенку: не менее 2-х	Наличие
8.4	Размер откидываемой передней и задней дверцы: 34 x 85 см	Наличие
8.5	Количество окошек для доступа к ребенку: не менее 5-ти	Наличие
8.6	Количество окошек с многоцветными (дезинфицируемыми) ирисовыми диафрагмами: не менее 1-го	Наличие
8.7	Количество втулок из высокотехнологичного мягкого автоклавируемого силикона для проведения проводов, инфузионных магистралей и т.п.: не менее 10-ти	Наличие
9.	Размеры и масса:	
9.1	Размеры инкубатора: 106 см (ширина) x 68 см (глубина) x 145 см (высота без электрической регулировки) или 140 – 160 см (высота с электрической регулировкой)	Наличие
9.2	Высота расположения матрасика: 103 см (без электрической регулировки высоты), 98 – 123 см (с электрической регулировкой высоты)	Наличие
9.3	Размер матраса 76 x 38 см	Наличие
9.4	Ложение пациента с плавной регулировкой положения Тренделенбурга / Фоулера в пределах $\pm 8^{\circ}$	Наличие
9.5	Общий вес: 100 кг (110 кг с электрической регулировкой высоты)	Наличие
10.	Электричество, электрическая безопасность и условия работы:	
10.1	Потребляемая мощность: 1840 ВА	Наличие
10.2	Разъемы: основного электропитания, 3 розетки для подключения дополнительного оборудования (не более 1А каждая), эквипотенциальный разъем, RS232, кислородный нерегулируемый разъем для использования с флоуметром	Наличие
10.3	Класс защиты – I (с заземлением), уровень защиты – тип BF	Наличие
10.4	Условия работы: 20 – 30°C , 30 – 75% относительной влажности, давление 700 – 1060 кПа, скорость воздушного потока в помещении $< 0,3$ м/сек	Наличие
10.5	Использование транскутанного светодиодного определителя сосудов, предназначенного для точного определения местоположения вен на руках и ногах новорожденных, находящихся в реанимационной системе, с опцией, позволяющей его использовать и для диагностики пневмоторакса у новорожденного	Наличие
10.6	Использование транскутанного светодиодного определителя сосудов одним оператором. Холодный свет исключает возможность ожога при высокой интенсивности освещения. Классификация: 2 LED. Длина волны: 629 нм	Наличие

Комплект поставки:

1. Инкубатор интенсивной терапии, модель «AMELIE» сервоконтроль температуры кожи, влажности (без эл.рег. высоты) – 1 шт.
2. Полка для мониторов с креплением на консоли инкубатора (максимально 2 шт., считая и инфузионную стойку №52.02.02) – 1шт.
3. Инфузионная стойка с креплением (максимально 2 шт., считая и инфузионную стойку №52.02.02) – 1 шт.
4. Блок из двух подвесных ящиков с креплением(максимально 2 шт, с разных сторон инкубатора) – 1 шт.
5. Редуктор для кислородного баллона (вход. Давление до 200 Бар, выходное 3,5 Бар, включая армированный О2-шланг 3,5 м и коннектор для Amelie Star) – 1 шт.
6. Кислородный флоуметр с креплением – 1 шт.
7. Кислородная головная палатка(средняя, с термометром)(диаметр 200 мм, высота 130 мм, включая рассекаль газовой смеси, 2 порта для термометров , термометр) -1 шт.
8. Воздушный фильтр (5 шт.) – 4 шт.
9. Кожный температурный датчик для Amelie Star и Amelie - 1 шт.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _____
на поставку товаров для муниципальных нужд города Владимира

г.Владимир

« ____ » _____ 2010 г.

Муниципальное учреждение здравоохранения Родильный дом №2 г.Владимира, именуемое в дальнейшем Заказчик, в соответствии с Уставом, в лице главного врача **Кириухиной Ирины Михайловны**, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, руководствуясь ст. ст. 525-532 ГК РФ с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании результатов размещения заказа на поставки товаров для муниципальных нужд МУЗ «Родильный дом №2» путем проведения открытого аукциона в электронной форме Протокол № _____ от _____ 2010 г. заключили настоящий муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику **инкубатор интенсивной терапии новорожденных с сервоконтролем температуры и влажности AMELIE** (далее именуемый Товар) , в комплектации согласно спецификации (приложение 1) , а Заказчик обеспечить оплату данного Товара.

1.2. Передача Товара Заказчику осуществляется по накладным и счетам-фактурам.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена единицы поставляемой продукции не может превышать цену единицы продукции в рублевом эквиваленте на момент объявления по результатам аукциона на размещение заказа на поставку товаров для муниципальных нужд Заказчика (Приложение 1 к Контракту).

2.2. Количество и цена Товара указывается в накладных и счетах - фактурах. И соответствует спецификации.

2.3. Цена Контракта составляет _____ руб., (цифрами и прописью).

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в установленные сторонами сроки поставки путем отгрузки (передачи) Товара Заказчику.

3.2. Товар считается сданным Поставщиком и принятым Заказчиком с момента подписания Акта приемки-передачи поставленного Товара и подписания акта пуска-наладки.

3.3. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в спецификации поставляемых товаров (Приложение 1 к Контракту), а также некомплектный Товар считается недопоставленным.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

4.1. При приемке товара ответственное лицо:

4.1.1. Проверяет соответствие Товара по количеству, комплектности и качеству требованиям, установленным муниципальным контрактом, а также сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах.

4.1.2. Проводит анализ отчетных документов и материалов, представленных Поставщиком на предмет соответствия их оформлению требованиям законодательства Российской Федерации и условиям муниципального контракта, проверяет комплектность и количество экземпляров представленной документации.

4.1.3. При необходимости запрашивает от Поставщика недостающие документы и материалы, а также получает разъяснения по представленным документам и материалам.

4.1.4. При выявлении несоответствий или недостатков поставленного Товара незамедлительно оформляет акт, перечисляющий недостатки и устанавливающий сроки их устранения, при устранении недостатков оформляет акт устранения недостатков.

4.1.5. Осуществляет иные действия для всесторонней оценки (проверки) соответствия Товара условиям муниципального контракта и требованиям законодательства Российской Федерации.

4.2. По результатам приемки поставленного Товара оформляется Акт о приеме-передаче поставленного Товара.

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СРОКИ ПОСТАВКИ

5.1. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте. В случае изменения его расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика несет Поставщик.

5.2. В случае поставки товаров отдельными частями, входящими в комплект, оплата Товара производится Заказчиком только после поставки последней части, входящей в комплект.

5.3. Оплата Товара производится в течение 3-4 кварталов 2010 года после сдачи Поставщиком и приемки Заказчиком Товара, оформленного актом сдачи-приемки, а также пуска и наладки поставленного Товара, оформленных актом пуска-наладки.

5.4. В рамках исполнения настоящего Контракта поставка Товара Заказчику осуществляется в соответствии с Графиком поставки (Приложение 2 к Контракту), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

5.5. Датой поставки Товара считается дата подписания Заказчиком товарных накладных.

5.6. В случае не соответствия количества или ассортимента Товара указанного в накладной и счете-фактуре Заказчик обязан составить в 2-х экземплярах акт о недостатке или пересортице.

5.7. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент передачи Товара.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Основанием для финансирования оплаты за поставленный товар является настоящий муниципальный контракт.

7. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

7.1. Заказчик обязан:

7.1.1. Принять и оплатить Товар согласно условиям настоящего Контракта.

7.1.2. Осуществлять проверку Товара по количеству, ассортименту и качеству, составить и подписать соответствующие документы (накладную и т.д).

7.2. Поставщик обязан:

7.2.1. Передать Заказчику Товар на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

7.2.2. Поставить Товары Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет.

7.2.3. Произвести разгрузку Товара, установку, пуск и наладку.

7.2.4. Провести инструктаж персонала о работе на поставляемом оборудовании.

7.2.3. Предоставить сертификаты, обязательные для данного вида Товара, и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2.4. Устранять недостатки Товара и некомплектность в течение 10 (десяти) дней с момента заявления о них Заказчиком.

Расходы, связанные с устранением недостатками Товара и некомплектности несет Поставщик.

7.2.5. По требованию Заказчика заменить Товар на Товар, соответствующий по качествам условиям настоящего Контракта.

7.2.6. На поставляемый Товар Поставщик дает гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид Товара, но не менее 12 (двенадцати) месяцев.

Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного Товара.

7.2.7. В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет проводить необходимый ремонт, устранение недостатков, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

8.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены.

8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

8.4. Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

9.3. В случае несоблюдения условий поставки Товара Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % стоимости Товара за каждый день просрочки.

9.4. Уплата санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств, если это не урегулировано дополнительным соглашением.

9.5. Все иные противоречия, возникающие между Сторонами, регулируются действующим законодательством.

9.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.

10.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Владимирской области.

10.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

11.1. Настоящий контракт, вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

11.2. Контракт, может быть расторгнут в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

12.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик: _____

Заказчик: МУЗ «Родильный дом №2»
ИНН/КПП 3327101404/332701001
Адрес 600001, г. Владимир, ул. Офицерская , д.6
Л/с 03055001631 в отделении по г. Владимиру УФК по Владимирской области
Р/с 402048103000000000040;
л/с 03283004110 в отделении по г.Владимиру УФК по Владимирской области
Р/с 40703810600081000040; 40404810500000030005;40703810900002000075
Банк ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области г. Владимир
БИК 041708001

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПОСТАВЩИК:

ЗАКАЗЧИК:

МУЗ «Родильный дом №2»

_____/_____

_____/И.М.Кирюхина/

М.П.

М.П.

Приложение 1
к муниципальному контракту на
поставку товаров
№ _____ от " ____ " _____ 2010 г.

Спецификация поставляемых товаров

1.	Общая характеристика	
	Комплект оборудования предназначен для интенсивной терапии новорожденных в условиях палат интенсивной терапии родильных домов и детских больниц, отделений реанимации, интенсивной терапии и выхаживания новорожденных.	Соответствие
1.1	Регистрационное удостоверение МЗ РФ	Наличие
1.2	Сертификат ГОСТ –РФ	Наличие
1.3	Санитарно-эпидемиологическое заключение	Наличие
Характеристика основных компонентов оборудования:		
2.	Общая характеристика инкубатора	
2.1	Интегрированный сервоконтроль температуры кожи и влажности	Наличие
2.2	Система циркуляции воздуха «ЭАРстрим» с воздушной завесой	Наличие
2.3	Встроенная система безопасности мониторинга и регуляции «СЕНСО контроль»	Наличие
2.4	Сенсорный блок, включающий два датчика температуры воздуха, два датчика температуры кожи, датчик влажности , датчик кислорода	Наличие
2.5	Жидкокристаллический дисплей с подсветкой и навигацией « ИЗИтаск»	Наличие
2.6	Два независимых микроконтроллера в контрольном блоке, проверяющие и дублирующие работу друг друга	Наличие
2.7	Тренд по всем измеряемым параметрам: 2/4/8/12/24 часа с разрешением 1 мин	Наличие
2.8	Порт RS232	Наличие
2.9	Мобильное основание на 4-х колесах с антистатическим покрытием (2 с блокировкой)	Наличие
2.10	Встроенная полка для рентгеновских кассет с метками для позиционирования кассет	Наличие
2.11	Встроенные в корпус 2 рельса для перевозки или крепления оборудования	Наличие
2.12	Рентгенопрозрачный матрас из гигиенического «дышащего Дартекса», позволяющего не применять пеленки и другие материалы	Наличие
3.	Основные технические характеристики:	
3.1	Уровень шума: максимальный – менее 45 дБа, при работе – менее 40 дБа	Наличие
3.2	Скорость воздушного потока над матрасиком: не более 0,12 м/сек	Наличие
3.3	Максимальная концентрация СО2 под колпаком инкубатора: не более 0,15 %	Наличие
3.4	Время непрерывной работы – без ограничений	Наличие
4.	Контроль температуры:	

4.1	Наличие двух датчиков температуры кожи пациента с возможностью проведения термо- мониторинга или выхаживания двойни с отображением на дисплее двух значений температуры пациента	Наличие
4.2	Наличие двух датчиков температуры воздуха в сенсорном блоке	Наличие
4.3	Диапазон установок температуры воздуха: 25,0 – 37,0 оС	Наличие
4.4	Специальный подтверждаемый диапазон установок температуры воздуха: 37,0 – 39,0 оС	Наличие
4.5	Диапазон установок температуры кожи пациента: 34,0 – 37,0 оС	Наличие
4.6	Специальный подтверждаемый диапазон установок температуры кожи: 37,0 – 38,0 оС	Наличие
4.7	Время предварительного прогрева инкубатора: менее 40 мин	Наличие
4.8	Вариабельность температуры (по времени): не более 0,5 оС	Наличие
4.9	Отклонения температуры на поверхности матраца: не более 0,8 оС	Наличие
4.10	Точность датчика температуры: не хуже 0,3 оС	Наличие
4.11	Разрешение дисплея: 0,1 оС	Наличие
4.12	Тренд: 2 / 4 / 8 / 12 / 24 часа с интервалом измерения 1 мин	Наличие
5.	Контроль влажности:	
5.1	Полная разборка увлажнителя с отсоединением резервуара и шланга резервуар-стример, с возможностью их автоклавирования	Наличие
5.2	Вместимость водного резервуара: 1000 мл	Наличие
5.3	Время работы при полностью заполненном резервуаре: не менее 12 часов при относительной влажности не более 60%	Наличие
5.4	Сигнал тревоги при отсутствии воды в резервуаре: наличие	Наличие
5.5	Диапазон установок относительной влажности: 00 – 90% с шагом 1%	Наличие
5.6	Точность дисплея: не хуже 6%	Наличие
5.7	Разрешение дисплея: 1%	Наличие
5.8	Тренд: 2 / 4 / 8 / 12 / 24 часа с интервалом измерения 1 мин	Наличие
6.	Контроль кислорода:	
6.1	Подача под колпак инкубатора согретого, увлажненного кислорода с отображаемой на дисплее концентрацией: наличие	Наличие
6.2	Наличие одного кислородного датчика в сенсорном блоке	Наличие
6.3	Время работы кислородного датчика: более 10.000,00 часов	Наличие
6.4	Точность измерения: не хуже 3%	Наличие
6.5	Диапазон отображения на дисплее: 0 – 99%	Наличие
6.6	Разрешение дисплея: 1%	Наличие
7.	Тревоги (отклонение параметров):	
7.1	Контроль температуры кожи: не хуже ± 1 оС	Наличие
7.2	Контроль температуры воздуха: не хуже ± 3 оС	Наличие
7.3	Температура кожи ребенка более 40 оС	Наличие
7.4	Температура воздуха более 38 оС	Наличие
7.5	Влажность: не хуже ± 15 %	Наличие
8.	Колпак инкубатора:	
8.1	Колпак инкубатора с технологией «ТРИПЛВолл» с тройными передней и задней стенками (двойные «сэндвич» стенки и съемная, без специального инструментария, третья стенка)	Наличие
8.2	Расстояние между матрацем и колпаком инкубатора: 42 см	Наличие
8.3	Количество дверей для полного доступа к ребенку: не менее 2-х	Наличие
8.4	Размер откидываемой передней и задней дверцы: 34 х 85 см	Наличие
8.5	Количество окошек для доступа к ребенку: не менее 5-ти	Наличие
8.6	Количество окошек с многоразовыми (дезинфицируемыми) ирисовыми диафрагмами: не менее 1-го	Наличие
8.7	Количество втулок из высокотехнологичного мягкого автоклавируемого силикона для проведения проводов, инфузионных магистралей и т.п.: не менее 10-ти	Наличие

9.	Размеры и масса:	
9.1	Размеры инкубатора: 106 см (ширина) x 68 см (глубина) x 145 см (высота без электрической регулировки) или 140 – 160 см (высота с электрической регулировкой)	Наличие
9.2	Высота расположения матрасика: 103 см (без электрической регулировки высоты), 98 – 123 см (с электрической регулировкой высоты)	Наличие
9.3	Размер матраса 76 x 38 см	Наличие
9.4	Ложё пациента с плавной регулировкой положения Тренделенбурга / Фоулера в пределах ± 80	Наличие
9.5	Общий вес: 100 кг (110 кг с электрической регулировкой высоты)	Наличие
10.	Электричество, электрическая безопасность и условия работы:	
10.1	Потребляемая мощность: 1840 ВА	Наличие
10.2	Разъемы: основного электропитания, 3 розетки для подключения дополнительного оборудования (не более 1А каждая), эквипотенциальный разъем, RS232, кислородный нерегулируемый разъем для использования с флоуметром	Наличие
10.3	Класс защиты – I (с заземлением), уровень защиты – тип BF	Наличие
10.4	Условия работы: 20 – 30°C, 30 – 75% относительной влажности, давление 700 – 1060 кПа, скорость воздушного потока в помещении < 0,3 м/сек	Наличие
10.5	Использование транскутанного светодиодного определителя сосудов, предназначенного для точного определения местоположения вен на руках и ногах новорожденных, находящихся в реанимационной системе, с опцией, позволяющей его использовать и для диагностики пневмоторакса у новорожденного	Наличие
10.6	Использование транскутанного светодиодного определителя сосудов одним оператором. Холодный свет исключает возможность ожога при высокой интенсивности освещения. Классификация: 2 LED. Длина волны: 629 нм	Наличие

Комплект поставки:

10. Инкубатор интенсивной терапии, модель «AMELIE» сервоконтроль температуры кожи, влажности(без эл.рег. высоты) – 1 шт.
11. Полка для мониторов с креплением на консоли инкубатора(максимально 2 шт., считая и инфузионную стойку №52.02.02) – 1шт.
12. Инфузионная стойка с креплением(максимально 2 шт., считая и инфузионную стойку №52.02.02) – 1 шт.
13. Блок из двух подвесных ящиков с креплением(максимально 2 шт, с разных сторон инкубатора) – 1 шт.
14. Редуктор для кислородного баллона(вход. Давление до 200 Бар, выходное 3,5 Бар, включая армированный O2-шланг 3,5 м и коннектор для Amelie Star) – 1 шт.
15. Кислородный флоуметр с креплением – 1 шт.
16. Кислородная головная палатка(средняя, с термометром)(диаметр 200 мм, высота 130 мм, включая рассекаатель газовой смеси, 2 порта для термометров , термометр) -1 шт.
17. Воздушный фильтр(5 шт.) – 4 шт.
18. Кожный температурный датчик для Amelie Star и Amelie - 1 шт.

ПОСТАВЩИК :

ЗАКАЗЧИК:

_____/_____
М.П.

МУЗ «Родильный дом №2»

_____/ И.М.Кирюхина
М.П.

Приложение 2
к муниципальному контракту
на поставку товаров
№ _____ от " ____ " _____ 2010 г.

ГРАФИК ПОСТАВКИ

№ п/п	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Примечание
1	Инкубатор интенсивной терапии новорожденных с сервоконтролем температуры и влажности AMELIE	Шт.	1	До 31 августа 2010года	

ПОСТАВЩИК :

_____/_____
М.П.

ЗАКАЗЧИК:

МУЗ «Родильный дом №2»

_____/ И.М.Кирюхина
М.П.