УТВЕРЖДАЮ
Заместитель начальника УЗАГВ,
председатель котировочной комиссии
_____ А.Е.Станчев

ИЗВЕЩЕНИЕ
о размещении заказа на поставку столов операционных многофункциональных для МУЗ КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш» в 4 квартале 2008 года путем запроса котировок от 17.12.2008 года

1. Муниципальный заказчик (почтовый адрес, адрес электронной почты):
Управление здравоохранения администрации г.Владимира ул. Большая Нижегородская, д. 75, г. Владимир, 600020 тел. (09422) 32-23-06, факс (09422) 32-41-94 e-mail: doctor@gzo.elcom.ru
2. Источник финансирования заказа:
Бюджет города
3. Форма котировочной заявки:
Приложение №1
4. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров:
Стол операционный многофункциональный STD-IC или эквивалент (код 3311321). В количестве – 2 (два) шт. Техническая характеристика (Приложение №2).
5. Место доставки поставляемых товаров:
МУЗ КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш», 600031, г.Владимир, ул.Добросельская, д.38 А
6. Срок поставки товаров:
До 31 января 2009 года
7. Условия поставки и оплаты товаров:
Доставка, разгрузка, установка, пуск, наладка силами поставщика. Инструктаж персонала о работе на поставляемом оборудовании. Безналичный расчет по факту поставки товара в течение 30 календарных дней. Наличие оформленных актов приема-передачи, товарно-транспортных накладных.
8. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров расходах:
В цену услуг включены все предусмотренные налоги, сборы и другие обязательные платежи.
9. Максимальная цена контракта:
Максимальная цена контракта определилась в результате изучения рынка необходимых товаров и составляет: **499000 рублей**
10. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:
ул. Большая Нижегородская, д.75, г. Владимир, 600020 (кабинет №13) Срок подачи котировочных заявок **до 17 часов 00 мин. 26.12.2008 г.**
11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:
Не ранее чем через пять дней, но не позднее двадцати дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
12. Заказчик вправе отказаться от размещения заказа до момента окончания срока подачи котировочных заявок

Приложение №1

Котировочная заявка.

Настоящей заявкой
мы,_____
_____
наименование, (для юридического лица), Ф.И.О.(для физического лица); место нахождения (для юридического лица)

_____
место жительства (для физического лица); банковские реквизиты, ИНН

_____

готовы осуществить поставку оборудования в соответствии с условиями, изложенными в извещении-запросе котировок от _____, а именно:

№№ п/п	Наименование товара	Требуемое значение
		В соответствии с приложением к котировочной заявке

Место поставки товаров:

_____

Сроки поставки товаров:

_____

Цена контракта (указана с учетом расходов на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей) _____

С условиями исполнения контракта, указанными в извещении о проведении запроса котировок, согласны.

Руководитель _____ (Ф.И.О.)
МП (подпись)

Главный бухгалтер _____ (Ф.И.О.)
(подпись)

Приложения на _____листах.

1. Технические характеристики товаров (в обязательном порядке).
2.Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации (в добровольном порядке).
3.Заверенные копии учредительных документов (в добровольном порядке).
4.Заверенная копия лицензии на соответствующий вид деятельности (в добровольном порядке).

Приложение № 2

Техническая характеристика
Стол операционный многофункциональный STD-IC или эквивалент

Позволяет легко проводить рентгеновское обследование пациента. Практически бесшумная электрическая система управления стола обеспечивает гибкую и тонкую настройку положения. Основание и направляющая колонна стола сделаны из нержавеющей стали. Конструкция стола соответствует всем стандартам безопасности. В основании стола вмонтированы колеса, снабженные блокировочным механизмом – стол можно легко перемещать и фиксировать в требуемом положении.

Основные характеристики:

Длина стола не менее 2000 мм
Ширина стола не менее 500мм
Регулировка стола не менее 780-1000 мм
Головная секция: съемная
Наклон головной секции не менее +45° -90°
Наклон спинной секции не менее +45° -20°
Ножная секция: двойная, съемная
Наклон ножной секции не менее -90°
Разведение ножной секции не менее 90° в каждую сторону
Секции ступней: съемные
Встроенный держатель рентгеновской кассеты
Тренделенбург не менее 35°
Антитренделенбург не менее 25°
Боковой наклон не менее ±15°
Высота подъема почечного валика не более 120 мм
Номинальная грузоподъемность не менее 180 кг
Питание 220В,50 Гц
Потребляемая мощность: 500 ВА

Аксессуары в стандартной комплектации:

Подставка под руку пациента-1 шт.
Подставка под в/в систему-1 шт.
Металлическая дуга для обзора лица пациента-1 шт.
Пульт управления-1 шт.
Кабель питания -1 шт.
Предохранитель-2шт.
Фиксирующие ремни -1 комп.

3. Срок предоставления гарантии качества товара не менее 12 месяцев, в течение гарантийного срока 100% объем гарантии (наличие)
4. Сертификат соответствия Госстандарта России (наличие)
5. Регистрационное удостоверение МЗ РФ (наличие)
6. Выпуск не ранее 2008 года (наличие)